

# テスト終了後の評価画面

Nakamura-5min Ver2beta

## Overall QCPR score

**85.68%**



98%

圧迫スコア



98%



67%



CCF

CPR総合スコア(圧迫・換気・CCF)

Intermediate CPR performer

## Session info

実施CPRサイクル数



5:00

合計実施時間



7 sec

平均圧迫中断時間



12

Inactivity: 66.993 sec

圧迫未実施トータル時間

手の位置の適正率



100 %

合計圧迫回数

**391 Compressions**

圧迫平均深度

Mean Depth: 53 mm

圧迫解除

の適正率



98 %

圧迫深度

の適正率



80 %

全体の平均

圧迫テンポ



114/min

合計換気回数

**24 Ventilations**

平均1回換気量

495 ml

4% 換気量が多過ぎた割合

79% 換気量が適切だった割合

17% 換気量が少な過ぎた割合

5/min

全体の平均換気  
テンポ

## 時系列での評価

120/min

100/min

圧迫テンポ

50 mm

圧迫深度・  
手の位置

ここで  
圧迫中断時間

No-flow time: 6 sec

700 ml

400 ml

換気量

経過時間

00:15

00:30