


SimBaby

Tracheostomia



Uso - Tracheostomia

Tracheostomia

Per eseguire le attività di cura della tracheostomia e le procedure di emergenza, selezionare le impostazioni preferite in SimPad PLUS o in LLEAP.

Impostazioni disponibili:


- aperta
- parziale
- chiusa
- falso passaggio/tappo di muco
- pulsante on/off per la modalità ventilatore




Note

- *La funzionalità di edema faringeo non è disponibile nel simulatore SimBaby con tracheostomia.*
- *Utilizzare esclusivamente cubi per tracheostomia cuffiati fino a 4,0 mm e tubi non cuffiati fino a 3,5 mm.*
- *Ricordarsi di reinserire il tappo per tracheostomia dopo l'uso.*

SimPad PLUS



LLEAP



© 2020 Laerdal Medical AS. Tutti i diritti riservati.

Produttore: Laerdal Medical AS
P.O. Box 377
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
T: (+47) 51 51 17 00

Stampato in Norvegia

20-16249 Rev A

www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives