

8-E 行えるトレーニング項目と推奨器材サイズ

頭部（目、鼻、口）	トレーニングできるスキル	詳細
目	瞳孔の状態評価	収縮、正常、散大
鼻	経鼻挿管	サイズ 14-18fr、液体使用不可
口	経口挿管	サイズ 14-18fr、液体使用不可

8-E 行えるトレーニング項目と推奨器材サイズ

気道・呼吸	トレーニングできるスキル	詳細
解剖学的に正確な気道	頭部後屈顎先挙上*	
	下顎挙上*	
	吸引	
	鼻咽頭エアウェイの挿入	サイズ 32fr
	口腔咽頭エアウェイ挿入	サイズ 11cm
	気管挿管	サイズ 7.5-8.5
	経鼻気管挿管	サイズ 7.5-8.5
	デジタル挿管	
自発呼吸に応じた胸郭の挙上	視覚的呼吸数の評価	
胸部の挙上 (肺バルーン膨張式)	バッグバルブマスク換気*	マスクサイズ 成人
	ETT (気管内チューブ) の お手入れとメンテナンス	サイズ 7.5-8.5
	右主幹部挿管	
	声門上気道デバイス挿管	LMA サイズ 4.5
肺閉塞	気道抵抗の評価	開放、完全閉塞

*自動検知して記録

8-E 行えるトレーニング項目と推奨器材サイズ

胸部	トレーニングできるスキル	詳細
着脱式胸部スキン		
圧縮深度-ガイドライン準拠	胸骨圧迫*	
心電図	四肢への ECG リード配置	
心音	心音聴診	正常・異常
	心尖拍数の評価	
肺音	肺音聴診	左右の正常・異常
	呼吸数の評価	
ペーシング (アダプターケーブルは含まない)	経皮的ペーシング*	
除細動 (パドルやアダプタは含まない)	除細動	25-360J*
同期カルディオバージョン	同期カルディオバージョン	25-360J*

8-E 行えるトレーニング項目と推奨器材サイズ

循環	トレーニングできるスキル	詳細
頸動脈	脈拍確認-中央	両側*
橈骨動脈 - 収縮期血圧依存性	脈拍確認-周辺	右腕*
上腕脈拍-収縮期血圧依存性	脈拍確認-周辺	右腕*

手足・投薬	トレーニングできるスキル	詳細
血圧測定アーム	血圧聴診	右腕*
	血圧触診	右腕*
IV アーム	静脈挿入	左腕(部位：手背静脈、肘正中静脈) 20-22G 以下
	採血	

持ち上げ・移動	トレーニングできるスキル	詳細
関節可動式手足	持ち上げ、移動	両腕、両足の付け根

*自動検知して記録